

Innan utprovning och förskrivning av Panthera X ska hänsyn tas till följande kriterier:

- Panthera X är en rullstol som är avsedd för den mycket erfarna och aktiva användaren som kan hantera rullstolen i alla situationer utan tippskydd och inte har behov av någon form av körhandtag.
- Användaren ska ha använt aktivrullstol med liknande ramutseende (vinkel höft/knä/fotled) tidigare, ex Panthera U2 Light.
- Användaren ska ha uttalad nedsatt muskelstyrka i övre extremiteter och/eller riskerar att drabbas av överbelastning och smärta i övre extremiteterna t ex axelbesvär vid manövrering av rullstol eller lyft av rullstol i och ur bil. Behovet kan inte tillfredsställas med övriga rullstolar i sortiment.
- Panthera X är inte lämplig för användare som sitter i rullstol vid färd i bil eftersom rullstolen inte är krocktestad samt att ryggstödet saknar låsning.
- Inga specialanpassningar görs på Panthera X.
- Användaren ska vara mycket ansvarsfull kring hanteringen av sin rullstol. Panthera X är tillverkad av kolfiberförstärkt plast som är ett väldigt starkt och lätt material, men också mycket känslig för kraftiga stötar, vassa föremål och ovanliga punktbelastningar. Sprickor och andra skador på kolfiberstrukturen kan leda till plötsliga brott på ramen. Det är därför viktigt att undvika att tappa chassit på hårda underlag och att inte repa och skrapa kolfiberstrukturen.

Var extra tydlig med att informera om att ersättningskrav kommer att ställas om rullstolen skadas utöver normal förslitning, oaktsamhet eller fel hantering.

- Användaren ska informeras om att större reparationer av Panthera X inte kan utföras av hjälpmedelscentralen utan detta måste åtgärdas av tillverkaren vilket medför en reparationstid på minst 4 veckor. Motsvarande rullstol kan inte erhållas under reparationstiden.
- Användaren ska informeras om att se över sitt försäkringsskydd. Rullstolen är stödbegärlig samt ömtålig vid fel hantering.