

Västra Götalandsregionen

Regionservice

Läkemedelsnära produkter

Informationsbrev

2021-10-14

## Viktigt säkerhetsmeddelande - Insulinpump Minimed 640G och 670G

Leverantören Medtronic återkallar insulinpumpar i MiniMed 600-serien som har en genomskinlig låsring på reservoarfacket. Medtronic kommer att byta ut dessa under de närmsta månaderna, med en ny och åtgärdad insulinpump i samma modell.

Informationsbrev kommer att skickas ut till alla berörda användare och förskrivare.

[Viktigt säkerhetsmeddelande MiniMed 640G och 670G - Patient](#)

[Viktigt säkerhetsmeddelande MiniMed 640G och 670G - Vårdgivare](#)

Vänliga hälsningar

Läkemedelsnära produkter

Område Diabetes